



Dr.med. Fenkl R.
Facharzt für Chirurgie
Moselstr. 1

64347 Griesheim

Chemische und mikrobiologische
Untersuchungen

- Phys.-chemische Untersuchungen
- Hyg.-mikrobiolog. Untersuchungen
- Funktionsprüfungen
- Gutachten

EINGANG

28. FEB. 2024

Steinstraße 10
35457 Lollar

Prüfbericht: G24-046.Ak vom 14.02.2024

Seite 1/2

Auftraggeber: Dr. med. Fenkl R.
Probenart: Abklatschprobe

Probenahmedatum: 30.01.2024
Probenehmer: Auftraggeber
Eingangsdatum: 31.01.2024

Ergebnis der Abklatschuntersuchungen

Abklatschmedium: 10 cm², Gesamtkeimzahl

Abklatsch-Nr.	Entnahmeort	Gesamtkeimzahl	Einheit
1	OP Tisch	0	KBE/10 cm ²]
2	OP Arbeitsfläche	0	KBE/10 cm ²]
3	OP Fußboden	0	KBE/10 cm ²]
4	Steri Arbeitsfläche	0	KBE/10 cm ²]

KBE: Koloniebildende Einheiten

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben
Die auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichtes ist ohne unsere schriftliche Genehmigung unzulässig.

Telefon: 06406 – 7 50 32 Telefax: 06406 – 7 50 33

Volksbank Mittelhessen IBAN: DE89513900000091203014

eMail: info@ihu-lollar.de

BIC: VBMHDE5F

Steuernr.: 20/857/60282

Ust. IdNr.: DE 112549578

**Beurteilung der Gesamtkeimzahl auf Oberflächen
nach Reinigung und Desinfektion**

Quelle: „Handbuch Hygiene-Selbst-Kontroll-Konzept“, ALMEDICA AG, ABA AG,
Giffers, Schweiz

Gesamtkeimzahl [KBE/10 cm²]	Beurteilung
0	sehr gut
1 - 10	gut
11 - 50	kritisch
51 - 100	ungenügend
> 100	schlecht
Bakterienrasen (> 200)	sehr schlecht

Beurteilung

Das Ergebnis der Abklatschuntersuchung zeigt einen sehr guten Zustand der abgeklatschten Flächen bzw. Gegenstände.



Dr. J. Prucha